



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230356
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: FORNITURA TRIENNALE DI PRESIDI SANITARI E ASSISTENZIALI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. CIG N: 7928236B4F.

FAQ. N.3 QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE AL 30/8/2019

QUESITO N. 1:

Si chiede di conoscere se le due sacche (letto e gambali) devono avere necessariamente il circuito chiuso oppure basta che siano sterili? - per kit capelli lavaggio capelli da letto confermate che intendete semplicemente il lavatesta da letto gonfiabile? - per kit cateterismo vescicale sterile intendete il kit per l'introduzione del catetere oppure il kit medicazione per cateterismo?

RISPOSTA N. 1:

Si precisa che:

- ✓ le due sacche (letto e gambali) devono avere necessariamente il circuito chiuso.
- ✓ per kit lavaggio capelli da letto confermiamo che si intende semplicemente il lavatesta da letto gonfiabile.
- ✓ per kit cateterismo vescicale sterile si intende il kit per l'introduzione del catetere.

QUESITO N. 2:

Si chiede di conoscere se, per gli art. 7 e 8 “Aghi microperfusori sterili a farfalla”, per BAIONETTA intendete un ago a farfalla con sistema di sicurezza.

RISPOSTA N. 2

Si precisa che, con riferimento agli aghi in questione, per BAIONETTA si intende un ago a farfalla con sistema di sicurezza.

QUESITO N. 3:

Si chiede se per la sonda rettale è possibile proporre il calibro ch 24 invece del ch 25 richiesto.

RISPOSTA N. 3:

Si precisa che per la sonda rettale è possibile proporre il calibro ch 24 invece del ch 25